Kit de liquides pour tests Aptima (système Panther™)

Pour diagnostic *in vitro*.

Usage prévu

Le kit de liquides pour tests Aptima est destiné à être utilisé sur le système Panther.

Matériel fourni

Remarque: Pour obtenir des informations sur les mentions de danger et de mise en garde qui pourraient être associées à ces réactifs, consultez la Safety Data Sheet Library (Bibliothèque des fiches techniques de sécurité) à l'adresse www.hologic.com/sds.

Kit de liquides pour tests Aptima (référence 303014)

(À conserver entre 15 °C et 30 °C, dès réception)

Symbole	Composant	Quantité
W	Solution de lavage Aptima *Solution tamponnée de HEPES 10 mM contenant moins de 2 % de conservateur.*	1 x 2,9 L
O	Réactif huileux Aptima *Huile de silicone.*	1 x 260 mL
DF	Tampon Aptima pour solution de désactivation *Solution tamponnée de bicarbonate 800 mM.*	1 x 1,4 L

Avertissements et précautions

A. Utilisez les précautions de laboratoire habituelles.

B. Évitez toute contamination microbienne ou de ribonucléase des liquides pour tests Aptima.

Conditions de conservation et de manipulation

A. Conservez les liquides pour tests Aptima non encore ouverts entre 15 °C et 30 °C.

B. Après ouverture, les liquides pour tests Aptima sont stables pendant 60 jours.

C. Ne pas utiliser au-delà de la date de péremption.

Procédure

Remplacez les bouteilles du tiroir de liquide universel lorsque le système vous signale que cela est nécessaire. Consultez le *Panther System Operator's Manual* (Manuel de l'opérateur du système Panther).

Hologic, Inc.
10210 Genetic Center Drive
San Diego, CA 92121 USA

EMERGO EUROPE
Molenstraat 15
2513 BH, La Haye
Pays-Bas

Service clients: +1 844 Hologic (+1 844 465 6442)
customersupport@hologic.com

Service technique: +1 888 484 4747
molecularsupport@hologic.com

Pour obtenir des coordonnées supplémentaires, visitez le site www.hologic.com.

Hologic, Aptima, et Panther sont des marques commerciales et/ou des marques déposées d'Hologic, Inc. et/ou de ses filiales aux États-Unis et/ou dans d'autres pays. Toutes les autres marques commerciales qui peuvent apparaître dans ce notice sont des marques commerciales de leurs détenteurs respectifs.

©2001–2014 Hologic, Inc. Tous droits réservés.

502181FR Rév. 001
2014-11